

Antivirus en Windows update-beleid

NEDERLANDS

Algemene informatie

Waarschuwing

Om ervoor te zorgen dat uw Brainlab-systeem blijft functioneren als bedoeld en in navolging van de CE-certificerings- en/of FDA-goedkeuringseisen adviseert Brainlab deze richtlijnen voor Windows-updates en antivirussoftware te volgen. Dit beleid is van toepassing op:

- Brainlab-planningssystemen (die niet worden gebruikt tijdens de behandeling van de patiënt)
- Brainlab-navigatie- en positioneringssystemen (die worden gebruikt tijdens de behandeling van de patiënt)

Windows-updates

Brainlab-systemen zijn standaard geconfigureerd volgens de lokale groepsbeleid instellingen: Als uw organisatie gebruik maakt van Windows groepsbeleid instellingen op servers waar ook Brainlab-software op is geïnstalleerd, mag de configuratie niet worden gewijzigd.

Installeer alleen Microsoft Security-updates; **maandelijks terugkerende updates en beveiligingsupdates zijn** beide toegestaan. Installeer geen service packs en optionele updates. Volgens de regelgeving inzake medische hulpmiddelen moeten service packs worden getest en uitgegeven door de fabrikant van het medische hulpmiddel. Als u het Brainlab-systeem aan het ziekenhuisdomein toevoegt, moeten de volgende instellingen actief zijn.

Installeer geen updates tijdens het behandelen van een patiënt.

Driverupdates

Drivers op Brainlab-platforms mogen niet worden geüpdatet.

Gebruik geen handmatige set-up of Windows updates om drivers op Brainlab-platforms te updaten. Dit beleid wordt gegarandeerd door de groepsbeleid instellingen die niet mogen worden gewijzigd.

Antivirus

Brainlab raadt aan om het systeem te beschermen met de allernieuwste antivirussoftware. De systeemprestaties moeten worden gecontroleerd door een Brainlab-onderhoudstechnicus na de eerste installatie van de antivirussoftware. Wees erop attent dat de instellingen van bepaalde malwarebeschermingssoftware (zoals een virusscanner) de systeemprestaties negatief kunnen beïnvloeden. Als er bijvoorbeeld realtime-scans worden uitgevoerd en elke bestandstoegang wordt gecontroleerd, dan kan de toegang tot de patiëntgegevens beperkt zijn. Ga als volgt te werk voor het beste resultaat:

- Schakel alle extra antivirussoftwarefuncties (zoals browser- of e-mailscanners, extra firewall) uit.
- Schakel pop-upberichten van de antivirussoftware uit.

Configureer de antivirussoftware (bijvoorbeeld door mapuitzonderingen toe te voegen), zodat het volgende niet wordt gescand of aangepast:

- C:\Brainlab, D:\Brainlab en F:\Brainlab, etc.
- C:\PatientData, D:\PatientData en F:\PatientData, etc.

Voor planningssystemen (met uitzondering van iPlan RT installaties): Activeer permanent de toegang-/realtime-scans waarbij de hier genoemde mapuitzonderingen correct zijn ingesteld.

Voor iPlan RT-installaties en navigatie- en positioneringssystemen: Schakel de bij toegang-/realtime scans uit. Plan de uitvoering van scans op aanvraag/geplande scans bij het afsluiten van het systeem of buiten werktijd.

Aanvullende informatie



Dit beleid vervangt alle voorgaande en huidige productdocumentatie. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de klantenondersteuning van Brainlab.

Gebruik onderstaande aanmeldinformatie voor informatie over Windows-updates, driverupdates, groepsbeleid instellingen voor servers, antivirussoftware en specifieke bugs, alsmede voor een lijst met Microsoft Security-updates die door Brainlab Support worden geblokkeerd.

Adres: <https://www.brainlab.com/updates>

Wachtwoord: WindowsUpdates!89

Symbolen

	Waarschuwing
	Fabrikant

